

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Wytwórca: TECH-MED., TECHNIKA MEDYCZNA, B. Wójcik Sp. j.
Ul. Chmielna 98, 00-801 Warszawa, Polska

Produkt: **Aparat do pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej i wody
w organizmie TM-10**

Oświadczam, iż wyżej wymienione produkty spełniają wymagania dyrektywy na kompatybilność elektromagnetyczną 89/336/EEC.

Wyrób spełnia wymagania niżej wymienionych norm:

EN 55014-1:2000 + A1 + A2:2002
EN 5514-2:1997 + A1:2001
EN 61000-6-3:2001

Firma: TECH-MED., TECHNIKA MEDYCZNA, B. Wójcik Sp. j. ul. Chmielna 98, 00-801 Warszawa, Polska wprowadziła i stosuje System Zarządzania Jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001:2001 przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Warszawa, 05.11.2007



Piotr Wójcik
Dyrektor Zarządzający
TECH-MED.