

Deklaracja Zgodności EC

Wytwórca: **TECH-MED. TECHNIKA MEDYCZNA B. WÓJCIK SP. J.**
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że

Wyrób medyczny: Pikflometr

model: TECH-MED TMP-15

Zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy 93/42/EEC, Regulacja 1, zaklasyfikowany jako:
wyrób medyczny klasy I z funkcją pomiarową

Objęty dokumentacją techniczną z dnia 08.06.2010 r.

*Spełniaj wszystkie wymagania dyrektywy 93/42/EEC z 14 czerwca 1993 roku oraz
wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107,
poz.679).*

Ocena zgodności: Aneks VII+V Dyrektywy medycznej 93/42/EEC

Jednostka notyfikująca:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg



Paula Jewiec

Koordinator ds. Systemu Jakości

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'PJ' with a checkmark, located below the name Paula Jewiec.

04.10.2010 r.
Warszawa